


УТВЕРЖДАЮ
Начальник БПО СА
ОАО «Сургутнефтегаз»
НГДУ «Федоровскнефть»


_____ А.П.Котляр
«30» / 09 _____ 2011 г.

Отчет о работе
Термоанемометрического расходомера газа TFG-S

Термоанемометрический расходомер газа TFG-S, заводской номер 5586, завода-изготовителя ООО НПО «Турбулентность-Дон», установлен на трубопроводе газа на дежурную горелку факела ДНС-7 ЦДНГ №7 НГДУ «Федоровскнефть». Смонтированы и запущены в опытную эксплуатацию с 04.04.2011 г. НА систему ТМ не выведен.

По работе термоанемометрического расходомера газа TFG-S, замечаний нет. Ежедневно фиксируются значения измеряемых параметров узла учета газа на дежурную горелку факела ДНС-7 ЦДНГ №7, и сравниваются с показаниями термомассового расходомера газа KURZ 504FT № MD 20571A, установленным на этом же трубопроводе с записью в отчет по Turbo Flow TFG-S

Начальник ЦОНПА №1



А.М.Кондратьев